Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17705188-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық зертханалық сору қондырғысы
Лоттың нөмірі:	№ 87773239-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сорып алушы
Лоттың сипаттауы:	сұйық құрамның аспирациясы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық сору аппараты(бюджеттен тыс)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы, Гурбы көшесі 6
Жеткізу мерзімі:	қыркүйек-желтоқсан 2026 жыл.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: Вакуумдық аспирация жүйелері SafeVac Ол зертханалық қалдықтарды жинауға, сондай-ақ сұйық және қатты заттарды бөлуге арналған. Оны жасуша дақылдарын өсіру, ДНҚ бөліп алу, микропланшеттерден қалдықтарды жою және сұйықтықты бөлу немесе жинауға қатысты басқа да процестерде кеңінен қолдануға болады. Функциялары: 1. Вакуумдық ағын жылдамдығын 15 мл/с дейін қамтамасыз ететін реттелетін сору жылдамдығы. 2. Сезімтал деңгей сенсоры бөтелкенің толғанын анықтап, сұйықтықтың төгілуіне жол бермейді. 3. Сұйықтықпен жанасатын барлық жүйе компоненттері толығымен автоклавталады. 4. Бөлшектеу және тазалау оңай. 5. Қол контроллеріне арналған адаптерлердің кең ауқымы бір арналы немесе сегіз арналы ұштарды пайдаланып, түтіктерден, Петри табақшаларынан, микропластиналардан және бөтелкелерден сұйықтықты соруға мүмкіндік береді. 6. Ауаның ластануын немесе сұйықтықтың төгілуін болдырмау үшін гидрофобты сүзгі. Шыны сауыт сыйымдылығы: 4 л Вакуум диапазоны: 0–600 мбар Макс. ағын жылдамдығы: 15 л/мин (ауа) Макс. сору жылдамдығы: 17 мл/с (сұйықтық) Автоклавтауға жарамды бөлшектер: түтіктер, қалдықтарға арналған сауыт, басқару тұтқасы Шу деңгейі: ≤55 дБ Қуат көзі: 100–240 В айнымалы ток, 50/60 Гц Өлшемдері (Е×Т×Б): 180×240×450 мм Қаптама өлшемдері (Е×Т×Б): 570×420×220 мм Таза салмағы: 3 кг Брутто салмағы: 4,12 кг Жеткізу кезінде жеткізуші ұсынуы керек: 1. Өлшеу құралдары болып табылатын жабдықтар мен оның жиынтықтауыштарын (электро-ларын) Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізу туралы растайтын құжат. Егер жабдық өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілмесе, өлшеу құралда-рына тиесілігін анықтау құжатын ұсыну; 2. Тексеру туралы куәлік 3. Тексеру әдістемесі 4. Орыс тілдеріндегі және мемлекеттік тілдегі паспорт немесе пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. 5. Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн. 6. Жеткізу орны; Жезқазған қаласы, Гурба көшесі 6, аса қауіпті жұқпалар зертханасы 7. Жабдықтың кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыруға қол қойылған күннен бастап 12 ай. 8.Жабдық бұрын қолданылмаған қаптамада жаңа болуы керек. 9. Өнімнің шығарылған күні 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар: Тауардың құнына жұмыс орнына жеткізу шығындары қосылуы керек. Тасымалдау қаптаманың тұтастығы мен герметикалығын сақтай отырып, дайындаушы зауыттың та-лаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Егер тауарға зақым келсе, жеткізуші тауарды өз есебінен өзгертуге міндеттенеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17705188-1
Наименование закупки:	Медицинский отсасыватель лабораторный
Номер лота:	№ 87773239-ЗЦП2
Наименование лота:	Отсасыватель
Описание лота:	для аспирации жидкого содержимого
Дополнительное описание лота:	Медицинский отсасыватель (Внебюджет)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган г. Жезказган ул.Гурбы 6
Срок поставки:	сентябрь-декабрь 2026 год

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение: Вакуумные аспирационные системы SafeVac предназначен для сбора лаборатор-ных отходов и разделения жидких и твердых веществ. Он может широко использоваться в культивировании клеток, экстракции ДНК, удалении отходов из микропланшетов и лю-бых других процессах разделения или сбора жидкостей. Функции: 1. Мощность вакуума с регулируемой скоростью аспирации, обеспечивающая до 15 мл/с. 2. Чувствительный датчик уровня определяет, когда бутылка заполнена, предотвращая пе-релив жидкости. 3. Все компоненты системы, контактирующие с жидкостью, полностью автоклавируемы. 4. Легко разбирается и чистится. 5. Широкий ассортимент адаптеров, подходящих для ручного оператора, предназначен для аспирации жидкостей из пробирок, чашек Петри, микропланшетов, бутылок, с однока-нальными и восьмиканальными наконечниками. 6. Гидрофобный фильтр для предотвращения загрязнения воздуха или перелива жидкости Объем бутылки: 4 л Диапазон вакуума: 0~600 мбар Максимальный расход:15 л/мин (воздух) Максимальная скорость всасывания: 17 мл/с (жидкость) Компонент автоклава: Трубка, бутылка для отходов, рукоятка управления Уровень шума: ≤55 дБ Источник питания: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Габариты (Ш*Г*В): 180*240*450 мм Размеры упаковки (Ш*Г*В): 570*420*220 мм Масса: 3 кг Вес брутто: 4,12 кг На момент поставки Поставщик должен представить: 1. Подтверждающий документ о внесении оборудования и его комплектующих (элек-троды), являющиеся средствами измерений в реестр средств измерений Республики Казах-стан. В случае если оборудование не подлежит внесению в реестр средств измерений, предоставить документ установления принадлежности к средствам измерений; 2. Свидетельство о поверке 3. Методика поверки 4. Паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке государственном языке. 5. Сроки поставки 45 календарных дней с момента заключения договора. 6. Место доставки г. Жезказган, улица Гурбы 6, лаборатория особо опасных инфекции 7. Гарантийный срок оборудования 12 месяцев с даты подписания приема-передач. 8.Оборудование должно быть новое в упаковке, не бывшего употребления. 9. Дата производство товара не менее 2025г. Требования к сопутствующим услугам: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту. Транспортировка должна производиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя с сохранением целостности и герметичности упаковки. Если товар будет иметь повреждения, поставщик обязуется поменять товар за свой счет.