Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17733214-1
Конкурстың атауы:	Дефибриллятор сатып алу (Ақсай БО)
Лоттың нөмірі:	№ 81218447-ОК2
Лоттың атауы	Дефибриллятор
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	266011.150.000000
Тауардың атауы*:	Дефибриллятор
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	8
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	2505600
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	20044800
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 60 күнді құрайды
Жеткізу орны*	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Тастыбулак ы.а Таутаган көшесі, 2.,
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	37

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Негізгі блок кемінде 1 дана. өнім электродтар жұбы арқылы трансторакальды түрде бір бифазалы қысқартылған экспоненциалды импульспен адамның жүрегіне емдік әсер етуге арналған болуы керек. Ересектер мен балаларға олардың жасына және салмағына қарамастан қолдануға арналған өнім. Дефибрилляция импульсіжүктеме кедергісіне байланысты параметрлердің өтелуімен бифазалық қысқартылған экспоненциалды. Импульс формасын қолдану қарыншалық фибрилляция, қарыншалық жылпылықтау және импульссіз қарыншалық тахикардия жағдайында монополярлық импульспен салыстырғанда аз энергияны пайдаланып тиімді дефибрилляцияға мүмкіндік беруі керек. Бифазалық қысқартылған экспоненциалды импульс жүрек тініне жұмсақ әсер ететін жоғары тиімді импульстік энергия арқылы жүрек тоқтағаннан кейін пациенттердің жоғары өмір сүруін қамтамасыз етуі керек. Өнімде ересек электродтар мен балалар электродтарын біріктіретін, олардың арасында ауысу мүмкіндігі бар қайта пайдалануға болатын электродтар болуы керек. Қайта пайдалануға болатын электродтарда дефибриллятор блогымен ажырамас сымды байланыс болуы керек. Ересек электродтармен жұмыс істеу кезінде өнім автоматты түрде 150 Дж-ден аспайтын бастапқы энергия деңгейін орнатуы керек. Балалар электродтарымен жұмыс істеу кезінде өнім автоматты түрде 50 Дж-ден аспайтын бастапқы энергия деңгейін орнатады және 100 Дж-ден аспайтын энергия таңдауын блоктайды. Егер пациенттің кедергісі 15-тен 235-ке дейінгі диапазоннан тыс болса, өнім энергия беруді блоктайды. Диапазонның төменгі шекарасын анықтау дәлдігі ±5 Ом аспайды, жоғарғы шекара ±15 Ом аспайды. Өнім жинақталғаннан кейін 30 с аспайтын ішкі разряд тізбегіне жинақталған энергияны автоматты түрде ағызуды қамтамасыз етеді. Өнім дефибрилляциядан бас тартқан жағдайда жинақталған энергияны ішкі разряд тізбегіне қолмен ағызуды қамтамасыз етеді. Өнімнің номиналды сыйымдылығы 4400 мА·сағ аспайтын, номиналды кернеуі 14,8 в аспайтын алынбалы аккумуляторлық батареядан қуат алу мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда өнім қамтамасыз етеді: - толық зарядталған аккумулятормен-кем дегенде 150 разряд, энергиясы 360 Дж аспайды; — толық зарядталған аккумулятор кезінде-0 0С температурада 360 Дж артық емес энергиясы 20 разрядтан кем емес; - батареяны зарядтау қажеттілігі туралы индикация пайда болғаннан кейін 360 Дж-ден аспайтын қуаты 6 разрядтан кем емес. Өнімнің айнымалы ток желісінен 190-дан 250 Вқа дейін, 50-ден 60 Гц-ке дейін қуат алу мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда өнім қамтамасыз етеді: - желіден тұтынылатын қуат 210 ВА аспайды; - алынбалы аккумуляторды зарядтау. Толық зарядталған батареяны зарядтау уақыты 6 сағаттан аспайды. Өнімнің сыртқы тұрақты ток көзінен В кернеуімен (12,0 — ден 16,8-ге дейінгі диапазонда) - автомобильдің борттық желісімен байланысты емес автомобиль аккумуляторымен немесе ГОСТ Р МЭК 60601-1 талаптарына сәйкес келетін басқа тұрақты ток көзімен қоректену мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда өнім 9,8 а аспайтын токты тұтынуды қамтамасыз етеді, жұмыс режимін орнату уақыты 3 секундтан аспайды. Өнім қуат

	алу уақытын қамтамасыз етеді: а) толық зарядталған аккумулятормен жұмыс істегенде (максималды энергиямен 15 разрядтан кейін): – 200 Дж артық емес-4 с кем емес (қосылған сәттен бастап 7 с); - 360 Дж артық емес-6 с кем емес (қосылған сәттен бастап 9 с). б)айнымалы ток желісінен қуат алған кезде (желі кернеуі нормаланған 90% болғанда): – 200 Дж артық емес-6 с кем емес (қосылған сәттен бастап 9 с); - 360 Дж артық емес-10 с кем емес (қосылған сәттен бастап 13 с). в) сыртқы тұрақты ток көзінен қуат алған кезде: – 200 Дж артық емес-6 с кем емес (қосылған сәттен бастап 9 с); - 360 Дж артық емес-10 с кем емес (қосылған сәттен бастап 13 с). Өнім қосылған кезде автоматты түрде өзін-өзі тексеру функциясына ие. Бұйымның энергияның ішкі жүктемесіне берілген шаманы бақылау функциясы бар бұйым операторға хабарлау үшін визуалды және дыбыстық дабыл сигналдарын шығарады: - бұйымның оператордың разрядты белсендіруге дайындығы (жоғары басымдық сигналы); - қосылған кезде өзін-өзі тексеруден өту қателері (техникалық сигнал); - берілген энергияның шамасын тексеру кезіндегі қателіктер (техникалық сигнал); - жұмыс кезінде ішкі ақаулықты анықтау (техникалық сигнал); - егер батареяның ағымдағы деңгейі өнімді пайдалануға мүмкіндік бермесе (техникалық сигнал); - егер разрядтау әрекеті кезінде пациенттің кедергісі рұқсат етілген шектен тыс болса (техникалық сигнал). Дабыл сигналдарының дыбыстық қысымының деңгейі бұйымның алдыңғы панелінен кемінде 1 м қашықтықта 45 Дб аспайды. Салмағы-электродтары бар дефибриллятор блогы (батареясыз), 4 кг аспайды; - аккумуляторлық батарея, 0,6 кг аспайды, Li-Ion 14,8 В кем емес; 4400 мА·сағ кем емес; - 0,06 кг аспайтын айнымалы ток желісінен қуат алуға арналған желілік сым; – тасымалдауға арналған сөмке, 1,2 кг артық емес. Әлеуетті өнім беруші тауарларды жеткізуге арналған өндірушіден немесе оның дилерлерінен, дистрибьюторларынан авторизациялық хат ұсынуы тиіс: дефибриллятор. Авторизациялық хат дилер немесе дистрибьютор тарапынан берілген жағдайда, дилердің немесе дистрибьютордың тиісті өкілеттіктерін растайтын өндірушінің құжатын қоса ұсыну қажет. Шет тілінде жасалған авторизациялық хаттар қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармамен сүйемелденуі тиіс.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жабдықты жеткізу кезінде жабдықты орнату орны бойынша Медициналық және техникалық персоналды оқыту кемінде 3 адамға оқыту туралы актіні міндетті ресімдеумен бір рет жүргізіледі, Оқу уақытының саны кемінде 3 сағат. Оқыту мыналарды қамтиды: - жабдықтың жұмыс принциптерімен танысу; - пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелері; - жабдықты пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Жеткізілетін тауардың құнына Жабдықты пайдалануға толыққанды енгізу үшін қажетті барлық шығыстар, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: - орнату орнына дейін тасымалдау; - жабдықты түсіру, орау және орнату; - қосу және бастапқы іске қосу (пайдалануға беру); - жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін растау үшін тексерулер мен сынақтар жүргізу; - жабдықты іске қосу және іске қосу; - жабдықты іске қосу; - жабдықты нұсқау беру және оқыту; - орыс тілінде (баспа және электрондық нұсқада) және қазақ тілінде (баспа және электрондық нұсқада)пайдалану жөніндегі басшылық; - шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау үшін қажетті барлық басқа шығыстар
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Орнату алдында өнім беруші ілеспе құжаттарды: медициналық бұйымға тіркеу куәлігін, өлшеу құралдарының түрін бекіту туралы куәлікті, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сапа қауіпсіздігін бағалауды), сапа сертификатын (бар болса), пайдалану жөніндегі басшылықты, сервистік құжаттаманы және жабдықты жеткізуге, монтаждауға, орнатуға және пайдалануға беруге қажетті өзге де құжаттарды ұсынады.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"
Наименование организатора	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"
№ конкурса:	№ 17733214-1
Наименование конкурса:	Приобретение дефибриллятора (ДЦ Аксай)
Номер лота:	№ 81218447-ОК2
Наименование лота:	Дефибриллятор
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	266011.150.000000
Наименование товара*:	Дефибриллятор
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	8
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	2505600
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	20044800
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	по заявке заказчика 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей срок поставки составляет 60 календарных дней по заявке заказчика
Место поставки товара*:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район мкр Тастыбулак, ул. Таутаган, 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	37

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Основной блок не менее 1 шт. Изделие должно быть предназначено для лечебного воздействия на сердце человека одиночным бифазным усеченным экспоненциальным импульсом посредством пары электродов, трансторакально. Изделие для использования на взрослых и детях вне зависимости от их возраста и веса. Импульс дефибрилляции – бифазный усеченный экспоненциальный с компенсацией параметров в зависимости от сопротивления нагрузки. Применение формы импульса должна позволять осуществить эффективную дефибрилляцию с использованием меньшей энергии, по сравнению с монополярным импульсом, в случаях желудочковой фибрилляции, мерцания желудочков и желудочковой тахикардии без пульса. Бифазный усеченный экспоненциальный импульс должен обеспечивать высокую выживаемость пациентов после остановки сердца с помощью высокоэффективной пульсовой энергии, обладающей щадящим воздействием на сердечные ткани. Изделие должно иметь многоразовые электроды, которые совмещают взрослые электроды и детские электроды, с возможностью переключения между ними. Многоразовые электроды должны иметь неразъемное проводное соединение с блоком дефибриллятора. При работе со взрослыми электродами изделие должно автоматически устанавливает начальный уровень энергии не более 150 Дж. При работе с детскими электродами изделие автоматически устанавливает начальный уровень энергии не более 50 Дж и блокирует выбор энергии не более 100 Дж. Изделие блокирует выдачу энергии, если сопротивление пациента лежит за пределами диапазона от 15 до 235Ом. Точность определения нижней границы диапазона не более ±5 Ом, верхней границы не более ±15 Ом. Изделие обеспечивает автоматический сброс накопленной энергии на внутреннюю цепь разряда не более 30 с после ее набора. Изделие обеспечивает ручной сброс накопленной энергии на внутреннюю цепь разряда в случае отказа от дефибрилляции. Изделие имеет возможность питания от съемной аккумуляторной батареи номинальной емкостью не более 4400 мА·ч с номинальным напряжением не более 14,8 В. При этом изделие обеспечивает: – при полностью заряженной батарее — не менее 150 разрядов энергией не более 360 Дж; – при полностью заряженной батарее — не менее 20 разрядов энергией не более 360 Дж при температуре 0 0С; – не менее 6 разрядов энергией не более 360 Дж после появления индикации о необходимости зарядки батареи. Изделие имеет возможность питания от сети переменного тока в диапазоне от 190 до 250 В, от 50 до 60Гц. При этом изделие обеспечивает: – мощность, потребляемую от сети, не более 210 ВА; – зарядку съемной аккумуляторной батареи. Время зарядки полностью разряженной батареи не более 6 часов. Изделие имеет возможность питания от внешнего источника постоянного тока напряжением (в диапазоне от 12,0 до 16,8) В — автомобильного аккумулятора, не связанного с бортовой сетью автомобиля или иного источника постоянного тока, соответствующего требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1. При этом изделие обеспечивает потребление тока, не более 9,8 А. Время установления рабочего режима – не более

	3 секунд. Изделие обеспечивает время набора энергии: а) при питании от полностью заряженной аккумуляторной батареи (после 15 разрядов с максимальной энергией): – не более 200 Дж – не менее 4 с (7 с от момента включения); – не более 360 Дж - не менее 6 с (9 с от момента включения). б) при питании от сети переменного тока (при напряжении сети 90% нормированного): – не более 200 Дж - не менее 6 с (9 с от момента включения); – не более 360 Дж - не менее 10 с (13 с от момента включения). в) при питании от внешнего источника постоянного тока: – не более 200 Дж - не менее 6 с (9 с от момента включения); – не более 360 Дж - не менее 10 с (13 с от момента включения). Изделие имеет функцию автоматического самотестирования при включении. Изделие имеет функцию контроля величины отданной на внутреннюю нагрузку энергии Изделие вырабатывает визуальные и звуковые сигналы тревоги для оповещения оператора в случаях: – готовности изделия к активации разряда оператором (сигнал высокого приоритета); – ошибки прохождении самотестирования при включении (технический сигнал); – ошибки при проверке величины отданной энергии (технический сигнал); – обнаружения внутренней неисправности во время работы (технический сигнал); – если текущий уровень заряда батареи не позволяет использовать изделие (технический сигнал); – если сопротивление пациента при попытке разряда находится за допускаемыми пределами (технический сигнал). Уровень звукового давления сигналов тревоги не более 45 Дб на расстоянии не менее 1 м от лицевой панели изделия. Масса – блок дефибриллятора с электродами (без батареи), не более 4 кг; – батарея аккумуляторная, не более 0,6 кг, Li-Ion не менее 14,8 В; не менее 4400 мА·ч; – шнур сетевой для питания от сети переменного тока, не более 0,06 кг; – сумка для переноски, не более 1,2 кг. Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя, либо их дилеров, дистрибьюторов на поставку товаров: Дефибриллятор. В случае, если письмо выдано дилером или дистрибьютором, необходимо приложить подтверждающий документ от производителя, подтверждающий полномочия дилера или дистрибьютора. Авторизационные письма, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	При поставке оборудования однократно проводится обучение медицинского и технического персонала по месту установки оборудования с обязательным оформлением акта о проведении обучения на не менее 3х человек, количество времени обучения не менее 3х часов. Обучение включает: - ознакомление с принципами работы оборудования; - правила эксплуатации и технического обслуживания; - меры безопасности при использовании оборудования. В стоимость поставляемого товара включены все расходы, необходимые для полноценного ввода оборудования в эксплуатацию, включая, но не ограничиваясь: - транспортировка до места установки; - разгрузка, распаковка и установка оборудования; - подключение и первичный запуск (ввод в эксплуатацию); - проведение проверок и испытаний оборудования для подтверждения его работоспособности; - проведение инструктажа и обучения персонала; - руководства по эксплуатации на русском языке (в печатной и электронной версии) и на казахском языке (в печатной и электронной версии); - все прочие расходы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по договору
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Перед установкой поставщик предоставляет сопроводительные документы: регистрационное удостоверение на медицинское изделие, свидетельство об утверждении типа средств измерений, оценка безопасности качества в соответствии с законодательством Республики Казахстан), сертификат качества (при наличии), руководство по эксплуатации, сервисную документацию и иные документы, необходимые для поставки, монтажа, установки и ввода оборудования в эксплуатацию.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).