Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17756892-1
Сатып алудың атауы:	әскери комиссариат үшін ЭКГ аппаратын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87025972-3ЦП1
Лоттың атауы:	Электрокардиограф
Лоттың сипаттауы:	12-арналы, кіріктірілген термопринтер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрокардиограф 12-арналы, кіріктірілген термопринтер
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Уалиханова ,3
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	12 арналы электрокардиограф электрокардиографиялық зерттеулер жүргізуге арналған. Қолдану саласы: емханалар мен ауруханалардың Функционалдық диагностика бөлімшелері (кабинеттері), санаторийлер, дене шынықтыру-сауықтыру және ғылыми-зерттеу медициналық мекемелері. Түсті сенсорлық экран электродтардың қабаттасу сапасын және электрокардиограмманы жазуды бақылауға мүмкіндік береді. Кірістірілген сүзгілер ЭКГ-ны жоғары сапалы сигналмен кедергісіз тіркеуге көмектеседі. ЭКГ-ның барлық негізгі параметрлерін ескере отырып, ЭКГ-ны автоматты түрде түсіндіру қолмен өлшеуді болдырмайды және дәрігердің уақытын үнемдейді. Техникалық сипаттамалары: - Аспап экранында контактінің болмауының түсті индикациясы бар электродтардың қабаттасуын автоматты бақылау. - Ритақты бір сымнан тіркеу. - ЭКГ тіркеу және қарау процесінде жүрек соғу жиілігін автоматты түрде есептеу және көрсету. - ИВР таңдау, басып шығару кезінде құрылғының экранында тиісті ынталандыруларды көрсету. - Экранда таңдалған ЭКГ қорғасын шығарумен ұзақ уақыт мониторинг жүргізу мүмкіндігі. - ЭКГ-ны құрылғының тұрақты жадынан дербес компьютерге беру мүмкіндігі. - Экрандық пернетақтадан пациенттің деректерін енгізу. - Аритмия анықталған кезде ЭКГ-ны автоматты түрде тіркеу. АРИТМИЯМЕН ЭКГ жазбасын мұрағатқа сақтау, басып шығару және беру. Аритмияны Талдау. - Тромболитиктерді қолдануға қарсы көрсеткіштерді бағалау үшін дәйекті диалогтық терезелерді пайдалана отырып, пациенттің анамнезінің деректерін енгізу. - Құралды жадында сақтау және тромболитикалық терапия жүргізу мүмкіндігін бағалау хаттамасын басып шығару. Кіріктірілген термопринтер. Қағазға 3, 6, 12 қорғасын шығарумен 12 ЭКГ арнасын басып шығару. Жылу қағазының ені: 110 мм. СКД экранының өлшемі: кемінде 70 х 52 мм. СКД экранының ажыратымдылығы: кемінде 320 х 240 мм. Экранда нақты уақыт режимінде 12 ЭКГ қорғасын көру. Өлшемдері мен салмағы: Тіркеу блогының өлшемдері: кемінде 220 х 217 х 60 мм. Төсеу салмағы: кем дегенде 4,1 кг. Тіркеу блогының салмағы: кемінде 1,1 кг. Жеткізу жинағы: - ЭКГ тіркеуге арналған электрокардиограф блогы кемінде 1 дана. - Қайта пайдалануға болатын ЭКГ электродтары (ересектер) кемінде 1 жиынтық. -ЭКГ-12 ш қорғасын кабелі кемінде 1 дана. - Экгк-01 / 12В қоректендіру блогы кемінде 1 дана. -Экгк-01/220В қоректендіру блогы кемінде 1 дана.

	- ЭКГ термоқағаз орамы кемінде 1 дана. - Электрод гелі (құты) кемінде 1 дана. - ЭКГК төсеу сөмкесі кемінде 1 дана. Тексеруден өткені туралы белгінің болуы Кепілдік кем дегенде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17756892-1
Наименование закупки:	приобретение ЭКГ аппарата для военкомата
Номер лота:	№ 87025972-3ЦП1
Наименование лота:	Электрокардиограф
Описание лота:	12-канальный, встроенный термопринтер
Дополнительное описание лота:	Электрокардиограф 12-канальный, встроенный термопринтер
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш Уалиханова ,3
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	электрокардиограф 12-канальный предназначен для выполнения электрокардиографических исследований. Область применения: отделения (кабинеты) функциональной диагностики поликлиник и больниц, санатории, физкультурно-оздоровительные и научно-исследовательские медицинские учреждения. Цветной сенсорный экран позволяет контролировать качество наложения электродов и запись электрокардиограммы. Встроенные фильтры помогут зарегистрировать ЭКГ без помех с высоким качеством сигнала. Автоматическая интерпретация ЭКГ с обсчетом все основных параметров ЭКГ избавит от ручных измерений и сэкономит время врача. Технические характеристики: - Автоматический контроль наложения электродов с цветовой индикацией отсутствия контакта на экране прибора. - Регистрация ритма по одному отведению. - Автоматический расчет и отображение ЧСС в процессе регистрации и просмотра ЭКГ. - Выделение ИВР, отображение соответствующих стимулов на экране прибора при печати. - Возможность длительного мониторирования с выводом на экран выбранного отведения ЭКГ. - Возможность передачи ЭКГ из энергонезависимой памяти прибора в персональный компьютер. - Ввод данных пациента с экранной клавиатуры. - Автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмий. Сохранение в архив, печать и передача записи ЭКГ с аритмией. Анализ Аритмий. - Ввод данных анамнеза пациента с использованием последовательных диалоговых окон, для оценки противопоказаний применения тромболитиков. - Хранение в памяти прибора и распечатка протокола оценки возможности проведения тромболитической терапии. Встроенный термопринтер. Распечатка 12 каналов ЭКГ с выводом на бумагу 3, 6, 12 отведений. Ширина термобумаги: 110 мм. Размер ЖК экрана: не менее 70 х 52 мм. Разрешение ЖК экрана: не менее 320 х 240 мм. Просмотр на экране в реальном времени 12-ти отведений ЭКГ. Габариты и вес: Размеры регистрирующего блока: не менее 220 х 217 х 60 мм. Вес в укладке: не менее 4,1 кг. Масса регистрирующего блока: не менее 1,1 кг. Комплект поставки: - Блок электрокардиографа для регистрации ЭКГ не менее 1 шт. - Электроды ЭКГ многоразовые (взрослые) не менее 1 компл. - Кабель отведений ЭКГ-12 ш не менее 1 шт. - Блок питания ЭКГК-01/12В не менее 1 шт. - Блок питания ЭКГК-01/220В не менее 1 шт. - Рулон термобумаги ЭКГ не менее 1 шт.

	- Электродный гель (флакон) не менее 1 шт. - Сумка-укладка ЭКГК не менее 1 шт. Наличие отметки о прохождении поверки Гарантия не менее 12 месяцев