Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17822670-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88288100-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қорғаныш экраны бар бактерицидтік қабырға сәулелендіргіші
Саны, көлемі:	28
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы Ақтау 26 ықшам ауданы БГ-2, «No2 АГП» ШЖҚ 54 МКК ғимараты.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2×30 қабырғаға орнатылған бактерицидтік сәулелендіргіш, аралас типті (ашық және экрандалған шамдар), ауаны дезинфекциялауға және ауа тамшыларымен берілетін инфекциялармен күресуге арналған. Ашық шам адамдар болмаған кезде тез дезинфекциялау үшін қолданылады, экрандалған — қызметкерлердің қысқа уақыт қатысуымен, екі шам да — ауаның барлық қабаттарын жақсартылған тазарту үшін. Шамдар жеке немесе бірлесіп қосылады. Шамның қуаты, Вт / бактерицидтік ағын: 30/12, 6. Көзі-10 800 сағ ресурсы бар ультракүлгін шамдар (2 дана), жалпы бактерицидтік ағын — 25,2 Вт. 1м, Вт/м2 / мкВт/см2 қашықтықтағы сәулелену кемінде: 2,4 / 240. Қуат тұтыну кем дегенде 90 Вт құрайды. Өнімділік (S. aureus), м3 / сағ: экрандалған/ашық / екеуі де-кезінде 85%: 207/207/544; 90%: 167/167/440; 95%: 130/130/342; 99%: 85/85/223; 99,9%: 57/57/148. Қорғаныс және сәндік жабыны бар Корпус. Өлшемдері: ұзындығы 925 мм-ден кем емес; тереңдігі 85 мм-ден аспайды; ені 105 мм-ден аспайды. Салмағы кемінде 2,5 кг. Стартерлердің болуы сәулелендіргішті кернеудің төмендеуінен және мерзімінен бұрын істен шығудан қорғайды. Сәулелендіргіштің орташа қызмет ету мерзімі-6 жыл. Сәулелендіргішке міндетті түрде: орыс және қазақ тілдеріндегі техникалық паспорт, УФБО журналы қоса берілуі тиіс. Сәулелендіргіш жинақталады: 4 сымды кабель - 2,5 метр, жабдықтар жиынтығы. 30 Вт * 2 дана ультракүлгін сәулелену көзі, кем дегенде 12.6 Вт шамның бактерицидтік ағыны Шамның түрі-аймақсыз. Диапазондағы сәулелену-253,7 нм. Шамның ресурсы – кем дегенде 10800 сағ. жертөле-G13

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17822670-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 88288100-3ЦП1
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	бактерицидный, ультрафиолетовое излучение
Дополнительное описание лота:	Облучатель бактерицидный настенный с защитным экраном
Количество:	28
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау Город Актау 26 мкр БГ-2, здание 54 ГКП на ПХВ "АГП №2"
Срок поставки:	По заявкам заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бактерицидный облучатель ОБН 2×30 настенный, комбинированного типа (открытая и экранированная лампы), предназначен для обеззараживания воздуха и борьбы с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём. Открытая лампа используется для быстрой дезинфекции в отсутствие людей, экранированная — при кратковременном присутствии персонала, обе лампы — для усиленной очистки всех слоёв воздуха. Лампы включаются по отдельности или совместно. Мощность лампы, Вт / Бактерицидный поток: 30/12,6. Источник — УФ-лампы (2 шт.) с ресурсом 10 800 ч, суммарный бактерицидный поток — 25,2 Вт. Облученность на расстоянии 1м, Вт/м² / мкВт/см² не менее: 2,4/240. Потребляемая мощность не менее 90Вт. Производительность (S. aureus), м³/ч: экранированная/открытая/обе — при 85%: 207/207/544; 90%: 167/167/440; 95%: 130/130/342; 99%: 85/85/223; 99,9%: 57/57/148. Корпус с защитно-декоративным покрытием. Габариты: длинна не менее 925 мм; глубина не более 85 мм; ширина не более 105 мм. Масса не менее 2,5кг. Наличие стартеров оберегает облучатель от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. Средний срок службы облучателя 6 лет. К облучателю обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель – 2,5 метр, комплекты метизов. Источник излучения УФ-лампа 30 Вт * 2шт, бактерицидный поток лампы не менее 12.6 Вт Тип лампы – безозоновая. Излучение в диапазоне – 253,7 нм. Ресурс лампы – не менее 10800 ч. Цоколь – G13