Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17822670-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88288193-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қайта айналдырғыш
Лоттың сипаттауы:	ультракүлгін, бактерицидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауа рециркуляторы бактерицидтік қабырға
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы Ақтау 26 ықшам ауданы БГ-2, «No2 АГП» ШЖҚ 54 МКК ғимараты.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2/15 бактерицидті рвб ауа рециркуляторы-бірінші санаттағы Үй-жайлар үшін пайдаланылуы мүмкін: операциялық бөлмелер, туберкулезге қарсы Үй-жайлар палаталары, шала туылған балаларға арналған палаталар, ОСО стерильді аймақтары, күйік аймақтары, стоматологиялық кабинеттерде және т. б. Жұмыс режимі: адамдардың қатысуымен аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағатқа дейін. Сәулелену көзі: 2 (екі) УК шамдар қуаты шамдар/бактерицидті ағын, Вт: 15/5,1 орташа ұзақтығы жану шамдар жоқ құлдырау бактерицидті ағын 10800-ден жоспарлы ауыстыру. Металл беттерінде қорғаныс және сәндік жабын бар. Бактерицидтік тиімділік кезіндегі өнімділік S. Aureus 99,9% - 45м3; 99% - 65м3; 95% - 100м3; 90% - 130м3; 85% - 160м3. Жалпы өлшемдері: 600х150х122 мм Шамның қуаты, Вт / бактерицидтік ағын: 15/5, 1. Көзі-10 800 сағ ресурсы бар ультракүлгін шамдар (2 дана), жалпы бактерицидтік ағын — 10,2 Вт. Қуатты тұтыну кем дегенде 45 Ватт. Қорғаныс және сәндік жабыны бар Корпус. Өлшемдері: ұзындығы 600 мм-ден аспайды; тереңдігі 150 мм-ден аспайды; ені 120 мм-ден кем емес. Салмағы кемінде 5 кг. Шу деңгейі кемінде 35 дБ. МЕМСТ 14254 – IP20 бойынша қабықты қорғау дәрежесі. ГОСТ 30324.0 - 95 бойынша Uhl 4.2 Климаттық орындалуы. Стартерлердің болуы рециркуляторды кернеудің төмендеуінен және мерзімінен бұрын істен шығудан қорғайды. Рециркулятордың орташа қызмет ету мерзімі-5 жыл. Рециркуляторға міндетті түрде: орыс және қазақ тілдеріндегі техникалық паспорт, УФБО журналы қоса берілуі тиіс. Рециркулятор жабдықталған: 4 сымды кабель-2,5 метр. 15 Вт * 2 дана ультракүлгін сәулелену көзі, шамның бактерицидтік ағыны кемінде 5,1 Вт Шамның түрі-аймақсыз. Диапазондағы сәулелену-253,7 нм. Шамның ресурсы – кем дегенде 10800 сағ. жертөле-G13

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17822670-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 88288193-ЗЦП1
Наименование лота:	Рециркулятор
Описание лота:	ультрафиолетовый, бактерицидный
Дополнительное описание лота:	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау Город Актау 26 мкр БГ-2, здание 54 ГКП на ПХВ "АГП №2"
Срок поставки:	По заявкам заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рециркулятор воздуха бактерицидный РВБ 2/15 - может использоваться для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые, в стоматологических кабинетах и т.д. Режим работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в неделю. Источник излучения: 2 (две) УФ лампы, мощность лампы/ бактерицидный поток, Вт: 15/5,1 средняя продолжительность горения лампы без спада бактерицидного потока 10800 часов до плановой замены. Металлические поверхности имеют защитно-декоративное покрытие. Производительность при бактерицидной эффективности S. Aureus 99,9% - 45м³; 99% - 65 м³; 95% - 100 м³; 90% - 130 м³; 85% - 160 м³. Габаритные размеры: 600х150х122 мм Мощность лампы, Вт / Бактерицидный поток: 15/5,1. Источник — УФ-лампы (2 шт.) с ресурсом 10 800 ч, суммарный бактерицидный поток — 10,2 Вт. Потребляемая мощность не менее 45 Вт. Корпус с защитно-декоративным покрытием. Габариты: длинна не более 600 мм; глубина не более 150 мм; ширина не менее 120 мм. Масса не менее 5кг. Уровень шума не менее 35 дБ. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 – IP20. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 30324.0-95. Наличие стартеров оберегает рециркулятор от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. Средний срок службы рециркулятора 5 лет. К рециркулятору обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Рециркулятор комплектуется: 4-х жильный кабель – 2,5 метр. Источник излучения УФ-лампа 15 Вт * 2шт, бактерицидный поток лампы не менее 5,1 Вт Тип лампы – безозоновая. Излучение в диапазоне – 253,7 нм. Ресурс лампы – не менее 10800 ч. Цоколь – G13