Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17823512-1
Сатып алудың атауы:	Сильфонды Аспиратор АМ-0059
Лоттың нөмірі:	№ 87924339-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Аспиратор
Лоттың сипаттауы:	газдарға арналған, автоматты емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сильфонды Аспиратор АМ-0059
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Қазақстан көшесі 5, 211 каб
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары (ҚР СТ) және сатып алынатын аспираторға тікелей техникалық талаптарды белгілейтін мемлекетаралық стандарттар жоқ. Тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, метрологиялық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікпен белгіленеді және сатып алынатын тауарға қолданылатын бөлігінде ГОСТ Р 51945-2002 «Аспираторлар. Жалпы техникалық шарттар» талаптары ескеріледі. Мақсаты Сильфонды аспиратор тиісті индикаторлық бақылау құралдарын қолдану арқылы зиянды және уытты заттардың, оттегінің және көмірқышқыл газының мөлшерін жедел анықтау кезінде ауаның (газ ортасының) белгіленген көлемін іріктеп алуға және өлшеуге арналған. Техникалық және метрологиялық сипаттамалары • жұмыс істеу қағидаты – қолмен іске қосылатын сильфонды сорғы; • арналар саны – 1; • бір жұмыс жүрісі кезінде іріктеп алынатын ауа (газ ортасы) сынамасының номиналды көлемі – 100 см³; • жұмыс жағдайларындағы көлемді өлшеудің рұқсат етілетін абсолюттік қателігінің шегі – ±5 см³; • айдау циклдерін есептегіштің диапазоны – 1-ден 19-ға дейін; • массасы – 0,75 кг-нан аспауы тиіс; • габариттік өлшемдері – аспауы тиіс: биіктігі 260 мм, максималды диаметрі 70 мм; • орындалуы – тасымалды, жарылыстан қорғалған. Жарылыстан қорғау таңбасы – 1ExibIIBT4 деңгейінен төмен емес немесе жарылыстан қорғау деңгейі бойынша оған баламалы болуы тиіс. Пайдалану шарттары Аспиратор келесі пайдалану жағдайларында жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз етуі тиіс: • қоршаған ауаның температурасы – минус 20-дан плюс 40 °С-қа дейін; • ауаның салыстырмалы ылғалдылығы – 25 °С температурада 30-дан 80 %-ға дейін, ылғал конденсациясынсыз; • атмосфералық қысым – 84,4-тен 106,7 кПа-ға дейін. Жеткізу жиынтығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: • сильфонды аспиратор – 1 дана; • пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана; • салыстырып тексеру әдістемесі – 1 дана; • тасымалдау және сақтау кезінде аспиратордың сақталуын қамтамасыз ететін қаптама немесе қорғаныш қап – 1 жиынтық; • салыстырып тексеруден өткізілгенін растайтын қолданыстағы құжат – 1 дана. Жеткізу жиынтығы аспираторды мақсаты бойынша қосымша міндетті керек-жарақтарды сатып алмай пайдалануға мүмкіндік беруі тиіс. Таңбалауға қойылатын талаптар Аспираторға өлшем құралын бірмәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін таңбалау жүргізілуі тиіс, оның ішінде: • типінің (модельдің) атауы немесе белгіленуі; • зауыттық нөмірі; • дайындаушының атауы немесе тауар белгісі;

	• жарылыстан қорғау таңбасы; • типті бекіту белгісі – болған жағдайда және осы өлшем құралының түріне қатысты көзделген жағдайларда. Таңбалау анық, төзімді болуы және бұйымның пайдалану мерзімі ішінде сақталуы тиіс. Метрологиялық талаптар Аспиратор салыстырып тексеруден өткізілген күйде жеткізілуі және қолданыстағы салыстырып тексеру туралы сертификатпен бірге ұсынылуы тиіс. Салыстырып тексеру туралы сертификатта өлшем құралын бірмәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтер болуы тиіс, оның ішінде: • өлшем құралының типі (моделі); • зауыттық нөмірі; • салыстырып тексеру күні және нәтижесі; • салыстырып тексерудің қолданылу мерзімі туралы мәліметтер. Салыстырып тексеру белгіленген тәртіппен аккредиттелген салыстырып тексеру зертханасында жүргізілуі тиіс. Жеткізу күніне салыстырып тексерудің қалған қолданылу мерзімі кемінде 4 айды құрауы тиіс. Тауардың жай-күйі мен қаптамасына қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, пайдалануда болмаған, зақымдануларсыз және пайдалану іздерінсіз болуы тиіс. Аспиратор тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Жеткізуші осы техникалық ерекшелікте көзделген толық жиынтықта, техникалық және метрологиялық құжаттамасымен бірге аспираторды жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Аспиратор дайындаушының аспиратордың типін (моделін), зауыттық нөмірін және негізгі техникалық сипаттамаларын бірмәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін құжаттарымен бірге жеткізілуі тиіс. Тауардың бағасына Жеткізушінің шартты орындауына байланысты барлық шығындары, оның ішінде салықтар, қаптама, жеткізу орнына дейін тасымалдау және басқа да ілеспе шығындар енгізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17823512-1
Наименование закупки:	Аспиратор сильфонный АМ-0059 (ВКФ)
Номер лота:	№ 87924339-ЗЦП3
Наименование лота:	Аспиратор
Описание лота:	для газов, неавтоматический
Дополнительное описание лота:	Аспиратор сильфонный АМ-0059 (ВКФ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть-Каменогорск. ул. Казахстан 5, офис 211
Срок поставки:	В течении 60 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальные стандарты Республики Казахстан (СТ РК) и межгосударственные стандарты, устанавливающие технические требования непосредственно к закупаемому аспиратору, отсутствуют. Требуемые функциональные, технические, метрологические, качественные и эксплуатационные характеристики товара устанавливаются настоящей технической спецификацией с учетом требований ГОСТ Р 51945-2002 «Аспираторы. Общие технические условия» в части, применимой к закупаемому товару. Назначение: Аспиратор сильфонный предназначен для отбора и измерения заданного объема воздуха (газовой среды) при проведении экспресс-определения содержания вредных и токсичных веществ, кислорода и диоксида углерода с применением соответствующих индикаторных средств контроля. Технические и метрологические характеристики: принцип действия – сильфонный насос ручного действия; количество каналов – 1; номинальное значение объема отбираемой пробы воздуха (газовой среды) за один рабочий ход – 100 $см^3$; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения объема в рабочих условиях – ±5 $см^3$; диапазон счетчика циклов прокачивания – от 1 до 19; масса – не более 0,75 кг; габаритные размеры – не более: высота 260 мм, максимальный диаметр 70 мм; исполнение – переносное, взрывозащищенное. Маркировка взрывозащиты – не ниже 1ExibIIBT4 либо эквивалентная по уровню взрывозащиты. Условия эксплуатации Аспиратор должен обеспечивать работоспособность при следующих условиях: температура окружающего воздуха – от минус 20 до плюс 40 °С; относительная влажность воздуха – от 30 до 80 % при температуре 25 °С, без конденсации влаги; атмосферное давление – от 84,4 до 106,7 кПа. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: аспиратор сильфонный – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 экз.; методика поверки – 1 экз.; упаковка или защитный футляр, обеспечивающие сохранность аспиратора при транспортировании и хранении – 1 комплект; действующий документ, подтверждающий проведение поверки, – 1 экз. Комплект поставки должен обеспечивать возможность применения аспиратора по назначению без приобретения дополнительных обязательных принадлежностей. Требования к маркировке На аспираторе должна быть нанесена маркировка, позволяющая однозначно идентифицировать средство измерений, в том числе: наименование или обозначение типа (модели); заводской номер; наименование или товарный знак изготовителя;

	маркировка взрывозащиты; знак утверждения типа – при наличии и в случаях, предусмотренных для данного типа средства измерений. Маркировка должна быть четкой, стойкой и сохраняться в течение срока эксплуатации изделия. Метрологические требования Аспиратор должен поставляться поверенным и сопровождаться действующим сертификатом поверки. Сертификат о поверке должен содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать средство измерений, в том числе: тип (модель) средства измерений; заводской номер; дату и результат поверки; сведения о сроке действия поверки. Поверка должна быть выполнена в установленном порядке аккредитованной поверочной лабораторией. Остаточный срок действия поверки на дату поставки должен составлять не менее 4 месяцев. Требования к состоянию товара и упаковке Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и следов использования. Аспиратор должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировании и хранении.