



Ficha Técnica de Dispositivo

Cód.: RE-6.4B
Ref.: PR-6.4
Rev.: 00
Emissão: 30/06/2025

Ambiente: Laboratório de verificação · 3 equipamento(s) · Leitura da ficha: 02/04/26. Este PDF não altera o cadastro.

Identificação	Tipo	Fabricante	Localização	Nº cert.	Lab.	Calibração	Próxima	Verif. interm.	Freq. / Status	Situação
P-01	Peso Padrão	Mettler	Sala de massa	CM-2026-014	Lab. de referência	10/02/26	10/02/27	2026-08-10	Anual · no prazo	Aprovado
P-22	Peso Padrão	Sartorius	Sala de massa	CM-2025-088	Lab. de referência	08/01/25	08/01/26	2025-07-08	Anual · vencido	Vencido
TBH-03	Termobarohigrômetro	Testo	Sala de calibração	TA-2026-003	Laboratório interno	02/04/26	02/04/27	2026-10-02	Anual · no prazo	Aprovado

Detalhe metrológico

Classe determinada pela Ue. A classe registrada é a do cadastro do peso e continua editável.

P-01 · Peso Padrão			
Valor nominal	200 g	Valor convencional	200,0012 g
Erro encontrado	0,0012 g	Erro máx. (EP)	0,10 mg
Ue atual	0,03 mg	Ue máx.	0,10 mg
Unidade	g	Classe determinada (Ue)	F1
Classe registrada	F2	Grandeza	Massa
V.C. mín	199,9990 g	V.C. máx	200,0030 g
Plano de manutenção	RE-6.4.12A	Histórico de calibração	Em uso
Certificado vigente	CM-2026-014		

P-22 · Peso Padrão			
Valor nominal	1 kg	Valor convencional	1,000004 kg
Erro encontrado	0,004 g	Erro máx. (EP)	1,6 mg
Ue atual	0,50 mg	Ue máx.	0,50 mg
Unidade	kg	Classe determinada (Ue)	E2
Classe registrada	E2	Grandeza	Massa
V.C. mín	0,999998 kg	V.C. máx	1,000010 kg
Plano de manutenção	RE-6.4.12A	Histórico de calibração	Aguardar substituição do certificado
Certificado vigente	CM-2025-088		



Ficha Técnica de Dispositivo

Cód.: RE-6.4B
Ref.: PR-6.4
Rev.: 00
Emissão: 30/06/2025

TBH-03 · Termobarohigrómetro

Valor nominal	N/A	Valor convencional	N/A
Erro encontrado	N/A	Erro máx. (EP)	N/A
Ue atual	0,3 °C	Ue máx.	0,5 °C
Unidade	°C	Classe determinada (Ue)	N/A
Classe registada	N/A	Grandeza	Temperatura
V.C. mín	N/A	V.C. máx	N/A
Plano de manutenção	RE-6.4.12A	Histórico de calibração	Em uso
Certificado vigente	TA-2026-003		

Histórico de alterações de itens

Data	ID / Fonte	Campo	De	Para	Nº cert.
20/03/26	P-01	Certificado	CM-2025-014	CM-2026-014	CM-2026-014