



COLETA DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO DE BALANÇA

RE-7.2A · Rev. 00

Código	Referência	Revisão
RE-7.2A	PR-7.2	00
Emissão	Elaborado por	Verificado por
30/06/2025	Ana Fantasma	Renata Oliveira
Aprovado por		
Paulo Mendes		

Coleta de dados 042/2026 - O.S. 042
Referente à proposta comercial: PC-2026-018

1) Dados do Cliente

Cliente:

CNPJ:

Endereço:

Cidade / UF: Unidade:

Responsável: Telefone:

2) Informações da Balança

Fabricante:	Modelo:	Nº de série:	Tag / Código Interno:	Local da Calibração:
Toledo	2098	SN-88421	BL-12	Área de pesagem
Etiqueta IPEM:	Portaria Inmetro:	Capacidade:	Resolução:	Unidade:
		30	0,001	kg

Tipo de balança: ☐ Analítica ☐ Semi-analítica ☒ Comercial ☐ Industrial ☐ Silo ☐ Tanque ☐ Rodoviária ☐ Ferroviária ☐ Outros
☐ Outros: _____

Tipo de plataforma: ☒ Retangular ou Quadrada ☐ Redondo ☐ Rodoviária ☐ Ferroviária ☐ Excentricidade Não Aplicável

3) Observações

Observações:



COLETA DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO DE BALANÇA

RE-7.2A · Rev. 00

Coleta de dados 042/2026 - O.S. 042
Referente à proposta comercial: PC-2026-018

4) Condições Ambientais Durante a Calibração

Climatização dos pesos-padrão e termo-baro-higrômetro (1):

Termo-baro-higrômetro (2):

Horário inicial: 09:30 Horário final: 11:10

* A balança foi ajustada ? (X) sim () não () não disponível

* A balança foi nivelada? (X) sim () não () não disponível

* Existe vibração no local? () sim (X) não

* Existe corrente de ar no local? () sim (X) não

Temperatura (t) corrigida

Inicial: 23,1 °C Final: 23,4 °C

Umidade relativa (h) corrigida

Inicial: 55 %ur Final: 57 %ur

Pressão atmosférica (P) corrigida

Inicial: 1013,2 hPa Final: 1012,8 hPa

5) Ensaio de Excentricidade

Valor Aplicado:

Ponto	Antes do ajuste	Depois do ajuste
1		
2		
3		
4		
5		
6		

6) Controle

Representante do Cliente: Marina Costa

Conferido e Transcrito por:

Número do Certificado Emitido:

Nome do Executor: Ana Fantasma

Data da Calibração: 08/10/2026

Pontos de Calibração Solicitados pelo Cliente

() SIM () NÃO

7) Calibração da Balança

Ensaio de Repetitividade

	Valor nominal do Peso de Referência aplicado	Leitura antes do ajuste	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3	Identificação do(s) Peso(s) Padrão de Referência aplicado
P1						
P2						
P3						
P4						
P5						
P6						
P7						
P8						
P9						
P10						



COLETA DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO DE BALANÇA

RE-7.2A · Rev. 00

Coleta de dados 042/2026 - O.S. 042
Referente à proposta comercial: PC-2026-018

1) Descrição da Carga

2) Questões sobre a Carga

- 2.1 - A Carga é de fácil manuseio?
() Sim () Não
- 2.2 - É fácil estimar o centro de gravidade da Carga?
() Sim () Não
- 2.3 - A Carga permaneceu com sua massa constante durante a calibração?
() Sim () Não

3) Repetitividade com Lote de Carga

Linha	Valor nominal da carga	Depois do ajuste			Massa específica estimada da carga (kg/m³)	Temperatura (t) corrigida (°C)	Umidade relativa (h) corrigida (%ur)	Pressão atmosférica (P) corrigida (hPa)
		Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3				
P1*								
L1					-	-	-	-
L1 + P1								
L2					-	-	-	-
L2 + P1								
L3					-	-	-	-
L3 + P1								
L4					-	-	-	-
L4 + P1								
L5					-	-	-	-
L5 + P1								
L6					-	-	-	-
L6 + P1								

* NOTA IMPORTANTE: O VALOR CONSIDERADO PARA P1 É O VALOR INDICADO PELA BALANÇA PARA A CARGA EM PESOS-PADRÃO QUE DARÁ PARTIDA AOS LOTES. L = Lote de carga

Observações: _____