



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE PESOS

RE-5.4.2B · Rev. 03

Código	Referência	Revisão
RE-5.4.2B	PR-7.2	03
Emissão	Elaborado por	Verificado por
30/06/2025	Ana Fantasma	Renata Oliveira
Aprovado por		
Paulo Mendes		

Credenciada IPEM-MG · IPEM-0000
Nº 8/2026

DADOS DO CLIENTE

Cliente / Solicitante	C.N.P.J.	Responsável
Cliente Fantasma Ltda	—	—
Contratante	Endereço	Cidade
—	—	—
Estado	Unidade	
—	—	

IDENTIFICAÇÃO DO(S) PESO(S)

Identificação	Nº Série	Classe	Fabricante	Nº Processo	Proposta	Local	Foi ajuste?
—	—	—	—	—	—	—	nao
Data Calibração	Data Emissão	Data Aprovação	Validade	Tipo	Nº Certificado		
08/10/2026	-	-	08/10/2027	Rastreável	8/2026		

CONDIÇÕES AMBIENTAIS — DURANTE A CALIBRAÇÃO

Temperatura (°C)	Umidade (%UR)	Pressão (hPa)	Densidade do ar (kg/m³)
23,1 / 23,3 (méd. —)	55 / 56 (méd. —)	1013 / 1012 (méd. —)	—

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Item	Identificação	Material	Nominal	Densidade	Valor conv.	Desvio	U	k	Classe	Antes	Após	Aprovado
	P-01	—	5000,00 g	—	—	—	0,80	—	—	—	—	—

OBSERVAÇÕES

- 1 - O ajuste ou recuperação dos pesos, quando for realizado, não pertence ao escopo de acreditação do laboratório.
- 2 - Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao instrumento acima caracterizado, não sendo extensivos a quaisquer lotes. Uma cópia deste certificado será arquivada por cinco anos.
- 3 - A calibração foi realizada pelo método de comparação direta (ABA), conforme procedimento interno PR-7.2 Calibração de Pesos.
- 4 - A calibração foi realizada utilizando peso padrão de referência rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades.
- 5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff igual ao respectivo número de graus de liberdade efetivos que corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 6 - Este certificado só poderá ser utilizado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pelo laboratório.
- 7 - Esta calibração não isenta o instrumento de controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica.
- 8 - A calibração foi realizada nas dependências do laboratório.



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE PESOS

RE-5.4.2B · Rev. 03

Credenciada IPEM-MG · IPEM-0000
Nº 8/2026

RESPONSÁVEIS

Executado por

—

Aprovado por (Signatário)

—