



Ficha Técnica de Dispositivos

RE-6.4B · Rev. 00

Código	Referência	Revisão
RE-6.4B	PR-6.4	00
Emissão	Elaborado por	Verificado por
30/06/2025		
Aprovado por		

Ambiente: Laboratório de verificação · 1 equipamento(s) · Leitura da ficha: —. Este PDF não altera o cadastro.

Identificação	Tipo	Fabricante	Localização	Nº cert.	Lab.	Calibração	Próxima	Verif. interm.	Freq. / Status	Situação
P-01	Peso padrão	Knauer	Laboratório	CP-2026-01	—	—	—	—	—	Aprovado

Detalhe metrológico

Classe determinada pela Ue. A classe registada é a do cadastro do peso e continua editável.

P-01 · Peso padrão			
Valor nominal	—	Valor convencional	—
Erro encontrado	—	Erro máx. (EP)	—
Ue atual	—	Ue máx.	—
Unidade	—	Classe determinada (Ue)	F1
Classe registada	F2	Grandeza	—
V.C. mín	—	V.C. máx	—
Plano de manutenção	—	Histórico de calibração	—
Certificado vigente	CP-2026-01		