



Laboratório de verificação Ltda

CNPJ 12.345.678/0001-90
Rua do Laboratório, 100 — Belo Horizonte/MG
Tel (31) 3333-1000 · lab@verificacao.example

Certificado de calibração de pesos
Nº 8/2026

RE-5.4.2B · PR-7.2 · Rev. 03
Emissão do modelo 30/06/2025
Rastreável · IPEM-MG IPEM-0000

Elaborado por Ana Fantasma · Verificado por Renata Oliveira · Aprovado por Paulo Mendes

01 Cliente

Solicitante	Cliente Fantasma Ltda	CNPJ	—
Responsável	—	Contratante	—
Endereço	—	Cidade / UF	—

02 Pesos e datas

Identificação	P-01	Nº de série	—
Classe informada	F1	Fabricante	—
Calibração	08/10/2026	Emissão	—
Aprovação	—	Validade	08/10/2027
Tipo	Rastreável	Houve ajuste	Não

03 Rastreabilidade e ambiente

Nenhum padrão de referência foi associado a este exemplo.

Grandeza	Inicial / final	Usado no cálculo
Temperatura	23,1 °C / 23,3 °C	média
Umidade	55 %ur / 56 %ur	média
Pressão	1013 hPa / 1012 hPa	média
Densidade do ar	—	—

04 Resultados

As colunas são as que o certificado já calcula. Células sem valor no exemplo ficam em branco tipográfico, não são omitidas.

Item	Identificação	Material	Nominal	Densidade	Valor convencional	Desvio	U	k	Classe	Antes	Após	Aprovado
1	P-01	—	5 000,00 g	—	5 000,012 g	—	0,80	—	F1	—	—	—



Laboratório de verificação Ltda

Certificado de pesos nº 8/2026 · P-01

05 Declarações

1. O ajuste ou a recuperação dos pesos, quando realizado, não pertence ao escopo de acreditação do laboratório.
2. Os resultados referem-se exclusivamente aos pesos caracterizados. Uma cópia é arquivada por cinco anos.
3. Método de comparação direta (ABA), procedimento PR-7.2.
4. Pesos de referência rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades.
5. A incerteza expandida é a incerteza padrão multiplicada pelo fator de abrangência k.

Executante

Nome e data

Responsável técnico

Nome e data