



Laboratório de verificação Ltda

CNPJ 12.345.678/0001-90
Rua do Laboratório, 100 — Belo Horizonte/MG
Tel (31) 3333-1000 · lab@verificacao.example

Proposta comercial
018/2026

RE-7.1A · PR-7.1 · Rev. 00

Emissão do modelo 30/06/2025
Data da proposta 08/10/2026

Elaborado por Ana Fantasma · Verificado por Renata Oliveira · Aprovado por Paulo Mendes

01 Cliente

Empresa	Cliente Fantasma Ltda	A/C	Marina Costa
Endereço	Av. Industrial, 250	Departamento	—
Telefone	—	E-mail	—

Atendendo a solicitação, apresentamos a proposta para calibração dos itens abaixo.

02 Escopo

Item	Descrição	Série / tag	Faixa	Pontos	Qtd.	Unitário	Total
1	Calibração de balança Toledo 2098	SN-88421	30 kg · 0,001 kg	—	1	450,00	450,00

Estão inclusas no preço as despesas de quilometragem, tempo de serviço e deslocamento do técnico. Não há pesos-padrão nesta proposta de exemplo.

Subtotal	R\$ 450,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 450,00

03 Ajustes

Calibração antes de possíveis ajustes	—
Calibração depois de possíveis ajustes	—

**Laboratório de verificação Ltda**

Proposta 018/2026

04 Condições

Validade	10 dias, a contar desta data
Pagamento	7 dias da data da fatura. Atraso: juros de 12% ao ano e multa de 10%, corrigidos pelo IGPM, IGP-DI ou IPC, nesta ordem de disponibilidade.
Horário	Segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Serviço fora deste horário segue os adicionais da legislação ou do acordo sindical.
Local	Nas instalações do cliente, após aprovação formal. Certificado enviado em até 10 dias úteis.

05 Responsabilidades do cliente

- Manter o equipamento ligado antes da chegada do técnico.
- Liberar a área e o tempo de uso do instrumento durante o serviço.
- Informar integração, mobilização e documentos exigidos pela área. Essas exigências podem alterar o preço.
- Almoço da equipe, quando aplicável.

06 Informação técnica

1. Referências: EURAMET/cg-18 e DOQ-CGCRE-097.
2. Comparação direta, procedimento PR-7.2. De 3 a 5 leituras por ponto. Se o cliente não definir os pontos, o laboratório usa carga mínima, máxima, 25%, 50% e 75%.
3. Pesos-padrão rastreados ao Inmetro ou a laboratórios acreditados pela Cgcre.
4. O certificado atende à ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. A incerteza expandida usa k para cerca de 95,45% de abrangência, conforme EA-4/02.
5. Método acompanhado por comparações interlaboratoriais, NIT-DICLA-026.

07 Aceite

Cliente

Nome, departamento, telefone, assinatura e data

Laboratório

Gerente administrativo · Gerente técnico