

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1E0217





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,84	10	±15	1,150	0,850	1,000	28,40	27,00	1,128	1,131	0,82	Daniel Carcacha	08/11/12
В	Transversal Externo Transverse OD	0,84	10	±15	1,150	0,850	1,000	28,40	21,00	1,136	1,142	0,82	Daniel Carcacha	08/11/12
С	Long. de ecualización	-	10	±15	1,150	0,850	1,000	148,00	146,50	1,062	1,073	-	Dante Antunez	09/11/12
D	Circular de ecualización Externo	0,90	10	±15	1,150	0,850	1,000	-	-	0,980	0,985	0,90	Dante Antunez	27/11/12
E	Transversal Externo Transverse OD	0,84	10	±15	1,150	0,850	1,000	28,40	20,00	1,128	1,136	0,83	Daniel Carcacha	08/11/12
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,84	10	±15	1,150	0,850	1,000	28,40	27,00	1,146	1,144	0,83	Daniel Carcacha	08/11/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- $\ensuremath{\text{2.-Minimum}}$ notch nominal depth $0.3\ \text{mm}.$

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2

Fecha Date 27/11/2012 07:26:02 a.m. Hoja Page Documento Vigencia TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0217

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	42	Cliente Client	trefila	Ciclo Product	27167			
Espesor [mm] Wall Thickness	10	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	24704			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0854371			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES