


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1u0208**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	Trefila	Ciclo Product	27955
Espesor [mm] Wall Thickness	15,59	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	21443
Trazabilidad Traceability	79			Expediente Manufacturing Order	0/8008.48



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,00	48,00	0,866	0,879	0,86	Nicolas Lorenzato	27/04/07
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,00	33,00	0,861	0,818	0,86	Nicolas Lorenzato	27/04/07
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,00	47,00	0,855	0,870	0,86	Nicolas Lorenzato	27/04/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,00	42,00	0,870	0,843	0,89	Nicolas Lorenzato	27/04/07
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	38,00	36,60	0,826	0,823	0,96	Agustin Torres	06/06/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	38,00	24,00	0,808	0,823	0,97	Agustin Torres	06/06/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	38,00	36,80	0,854	0,868	0,98	Agustin Torres	06/06/13
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	38,00	36,70	0,804	0,782	0,97	Agustin Torres	06/06/13

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1u0208****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	Trefila	Ciclo Product	27955
Espesor [mm] Wall Thickness	15,59	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	21443
Trazabilidad Traceability	79			Expediente Manufacturing Order	0/8008.48

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**