CERTIFICADO PATRON DE CND

NDT Reference Standard Certificate

TEND

Tenaris

Tubo patrón número Reference standard #
TF0470

Datos del Producto Product Information					
Diametro [mm] Diameter	27,5	Cliente Client	TREFILA - Petrel	Ciclo Product	33894
Espesor [mm] Wall Thickness	2	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	25468
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values — Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	10	+10-5	0,220	0,190	0,200	25,40	24,00	0,207	0,200	0,38	Pablo Mazzeo	03/11/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey **Codigo:**

Notas:
1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:
1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO