

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0116





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicior Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,382	0,283	0,333	25,40	23,00	0,388	0,386	0,95	Sebastian Monteros	28/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,382	0,283	0,333	25,40	22,00	0,390	0,387	0,95	Sebastian Monteros	28/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,382	0,283	0,333	25,40	23,00	0,390	0,386	0,97	Sebastian Monteros	28/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,382	0,283	0,333	25,40	8,50	0,376	0,376	0,85	Sebastian Monteros	28/12/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO