


Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0300**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	BOYLES BROS	Ciclo Product	34703
Espesor [mm] Wall Thickness	3,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9747-05



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,10	0,849	0,849	0,45	Dante Antunez	10/11/08
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,40	0,830	0,832	0,45	Dante Antunez	10/11/08
C	Transversal Externo Transverse OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	25,00	0,843	0,820	0,43	Dante Antunez	10/11/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	23,60	0,854	0,854	0,45	Dante Antunez	10/11/08
E	Transversal Externo Transverse OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,90	0,802	0,799	0,43	Dante Antunez	10/11/08
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,30	0,842	0,849	0,45	Dante Antunez	10/11/08
G	Transversal Externo Transverse OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	25,00	0,740	0,731	0,43	Dante Antunez	10/11/08
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,20	0,763	0,752	0,44	Dante Antunez	10/11/08

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0300**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	BOYLES BROS	Ciclo Product	34703
Espesor [mm] Wall Thickness	3,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9747-05

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

**Calibre Pie de Rey   Codigo:**

**Notas:**

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

**Notes:**

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO