


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u266**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	75184
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	49,00	0,344	0,324	0,97	Sebastian Monteros	03/06/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	46,00	0,350	0,300	0,97	Sebastian Monteros	03/06/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	49,00	0,357	0,347	0,98	Sebastian Monteros	03/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	46,00	0,360	0,333	0,96	Sebastian Monteros	03/06/04
E	Chavetero Grove	6,00	50	±15	3,651	2,699	3,175	15,00	15,00	3,100	3,100	6,00	Sebastian Monteros	03/06/04
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	3,651	2,699	3,175	80,00	80,00	3,200	3,200	6,00	Sebastian Monteros	03/06/04

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha  
Date

03/06/2004  
08:21:00 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006