


Tubo patrón número
Reference standard #

1C239

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	71,17	Cliente Client	Ciclo Product	27135
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,121	0,829	0,975	38,00	38,00	0,975	0,972	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,121	0,829	0,975	38,00	38,00	0,475	0,472	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	38,00	38,00	0,390	0,382	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	38,00	38,00	0,392	0,387	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	38,00	38,00	0,393	0,382	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	38,00	38,00	0,393	0,386	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

13/11/2006
09:20:21 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006