


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0705

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	PRUEBAS PREN	Ciclo Product	14234
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	39277
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0861568



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,720	0,725	0,88	Daniel Carcacha	04/03/15
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,724	0,728	0,86	Daniel Carcacha	04/03/15
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,697	0,714	0,83	Pablo Mazzeo	04/03/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,711	0,725	0,84	Pablo Mazzeo	04/03/15
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,719	0,728	0,85	Pablo Mazzeo	04/03/15
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,706	0,722	0,84	Pablo Mazzeo	04/03/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,718	0,721	0,89	Daniel Carcacha	04/03/15
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,720	0,719	0,89	Daniel Carcacha	04/03/15

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0705

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	PRUEBAS PREN	Ciclo Product	14234
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	39277
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0861568

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES