


Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0598**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	GyH Diversifield	Ciclo Product	14621
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	42605
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+10-0	0,524	0,477	0,477	25,40	25,30	0,469	0,475	0,82	Agustin Torres	07/03/17
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+10-0	0,524	0,477	0,477	25,40	25,30	0,450	0,463	0,82	Agustin Torres	07/03/17
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+10-0	0,524	0,477	0,477	25,40	25,30	0,466	0,476	0,82	Agustin Torres	07/03/17
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	+10-0	0,524	0,477	0,477	25,40	25,20	0,470	0,466	0,82	Agustin Torres	07/03/17
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+10-0	0,524	0,477	0,477	25,40	24,50	0,463	0,448	0,82	Agustin Torres	07/03/17
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	+10-0	0,524	0,477	0,477	25,40	24,50	0,429	0,456	0,82	Agustin Torres	07/03/17

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**TF0598****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	GyH Diversifield	Ciclo Product	14621
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	42605
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000      Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey      Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES