


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1378**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	22630	
Espesor [mm] Wall Thickness	7,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	45922
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	46,00	0,663	0,683	0,84	Sebastian Monteros	02/11/06
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,00	48,00	0,428	0,430	0,93	Sebastian Monteros	02/11/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,00	40,00	0,404	0,428	0,90	Sebastian Monteros	02/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,00	42,00	0,428	0,412	0,94	Sebastian Monteros	02/11/06
E	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,80	50,00	0,381	0,380	0,99	Default Default	23/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,80	50,00	0,375	0,380	0,99	Default Default	23/12/19
G	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,80	50,00	0,370	0,380	0,99	Default Default	23/12/19
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,80	50,00	0,375	0,380	0,99	Default Default	23/12/19

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C1378****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	22630	
Espesor [mm] Wall Thickness	7,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	45922
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Calibre Pie de Rey   Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**