


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2753

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	G&H DIVERSIFIED	Ciclo Product	14622
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	42521
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5161706



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	10	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	50,00	0,874	0,841	0,84	Agustin Torres	06/03/17
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,20	0,396	0,412	0,84	Agustin Torres	06/03/17
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,423	0,450	0,84	Agustin Torres	06/03/17
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,914	0,676	0,795	50,00	35,00	0,870	0,912	0,84	Agustin Torres	06/03/17
E	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	50,00	0,400	0,390	0,99	Default Default	29/11/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	50,00	0,400	0,410	0,99	Default Default	29/11/19
G	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	50,00	0,405	0,410	0,99	Default Default	29/11/19
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	50,00	0,410	0,420	0,99	Default Default	29/11/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2753****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	G&H DIVERSIFIED	Ciclo Product	14622
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	42521
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5161706

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES