


Tubo patrón número  
Reference standard #

**FA0105**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	ESC 1:10 CAL- VER 2 7/8 COUNT	Ciclo Product	88366
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	6	±15	0,519	0,384	0,451	10,00	10,00	0,447	0,458	0,30	Agustin Torres	25/07/19
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	6	±15	0,519	0,384	0,451	10,00	10,00	0,462	0,471	0,30	Agustin Torres	25/07/19
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	6	±15	0,519	0,384	0,451	10,00	10,00	0,456	0,475	0,30	Agustin Torres	25/07/19
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	6	±15	0,519	0,384	0,451	10,00	10,00	0,446	0,475	0,30	Agustin Torres	25/07/19
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	6	±15	0,519	0,384	0,451	10,00	10,00	0,424	0,455	0,30	Agustin Torres	25/07/19
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	6	±15	0,519	0,384	0,451	10,00	8,20	0,423	0,437	0,30	Agustin Torres	25/07/19
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	6	±15	0,519	0,384	0,451	5,00	5,00	0,425	0,425	0,30	Agustin Torres	25/07/19
H	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	6	±15	0,519	0,384	0,451	5,00	5,00	0,437	0,437	0,30	Agustin Torres	25/07/19

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**FA0105****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	ESC 1:10 CAL- VER 2 7/8 COUNT	Ciclo Product	88366
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**