


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u121**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	244	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

2u121



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	48,00	0,970	1,040	0,98	Sebastian Monteros	02/07/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	48,40	0,910	0,950	0,98	Sebastian Monteros	02/07/04
C	Oblicuo Izquierdo Externo	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	25,40	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	02/07/04
D	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	25,40	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	02/07/04
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	25,40	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	02/07/04
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	25,40	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	02/07/04
G	Reduccion de Espesor Externo	100,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	150,00	150,00	-	-	100,00	Sebastian Monteros	02/07/04

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**2u121****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	244	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300     Codigo: 302-916E**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO