


Tubo patrón número  
Reference standard #

**21403**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	10,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±15	1,185	0,876	1,030	25,40	25,30	1,010	1,010	0,25	Sebastian Monteros	11/08/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	5	±15	0,592	0,438	0,515	25,40	25,30	0,530	0,530	0,28	Sebastian Monteros	11/08/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,592	0,438	0,515	25,40	25,20	0,480	0,480	0,23	Sebastian Monteros	11/08/04
D	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±15	1,185	0,876	1,030	25,40	0,00	-	-	0,00	Sebastian Monteros	11/08/04
E	Transversal Externo Transverse OD	0,30	5	±15	0,592	0,438	0,515	25,40	24,50	0,530	0,530	0,25	Sebastian Monteros	11/08/04
F	Transversal Interno Transverse ID	0,30	5	±15	0,592	0,438	0,515	25,40	24,10	0,530	0,530	0,28	Sebastian Monteros	11/08/04
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±15	1,185	0,876	1,030	25,40	25,10	1,060	1,060	0,28	Sebastian Monteros	11/08/04

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**21403****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	10,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Nikon V-16E   Codigo: 90012410**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO**

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO**