

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c531

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	101,6	Cliente Client	Ciclo Product	57102				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,19	Tratamiento Termico	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
1 A 1	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	13/09/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,337	0,249	0,293	50,80	30,00	0,300	0,300	1,00	Sebastian Monteros	13/09/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,337	0,249	0,293	50,80	30,00	0,300	0,300	1,00	Sebastian Monteros	13/09/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO