

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05

17/04/2006

Documento


Vigencia

NDT Reference Standard Certificate



1c655





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,80	48,20	0,698	0,693	0,94	Sebastian Monteros	10/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	50,00	0,348	0,337	0,95	Sebastian Monteros	10/11/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	46,00	0,322	0,361	0,95	Sebastian Monteros	10/11/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,80	45,40	0,768	0,766	0,97	Sebastian Monteros	10/11/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES