


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3040

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	provemet s.a.	Ciclo Product	22116
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	60730
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5129601



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,496	0,512	0,84	Agustin Torres	18/03/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,496	0,498	0,84	Agustin Torres	18/03/20
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,496	0,511	0,84	Agustin Torres	18/03/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	19,50	0,487	0,506	0,84	Agustin Torres	18/03/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,512	0,517	0,84	Agustin Torres	18/03/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	19,50	0,450	0,495	0,84	Agustin Torres	18/03/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,477	0,493	0,84	Agustin Torres	18/03/20
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	19,50	0,533	0,554	0,84	Agustin Torres	18/03/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3040**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	provemet s.a.	Ciclo Product	22116
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	60730
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5129601

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES