

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C876

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	82,5	Cliente Client		Ciclo Product	22594			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	32474			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	46,00	0,541	0,520	0,99	Sebastian Monteros	08/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,719	0,531	0,625	50,80	44,00	0,619	0,632	0,97	Sebastian Monteros	08/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	44,00	0,340	0,349	0,96	Sebastian Monteros	08/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebastian Monteros	08/11/06
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	36,00	0,347	0,310	0,96	Sebastian Monteros	08/11/06
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	33,00	0,350	0,280	0,89	Sebastian Monteros	08/11/06

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

na 08/11/2006 02:37:52 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C876

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	82,5	Cliente Client		Ciclo Product	22594		
Espesor [mm] Wall Thickness	6,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	32474		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES