


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2251**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Met.Tassaroli	Ciclo Product	15957
Espesor [mm] Wall Thickness	11,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	48678
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5243301



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,311	0,969	1,140	50,00	48,00	1,179	1,184	0,86	Pablo Mazzeo	29/09/11
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,656	0,485	0,570	50,00	48,00	0,621	0,615	0,83	Pablo Mazzeo	29/09/11
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,311	0,969	1,140	50,00	48,00	1,286	1,294	0,86	Pablo Mazzeo	29/09/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,656	0,485	0,570	50,00	42,00	0,502	0,498	0,82	Pablo Mazzeo	29/09/11
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,311	0,969	1,140	50,00	48,00	0,998	1,002	0,85	Pablo Mazzeo	29/09/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Pablo Mazzeo	29/09/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Pablo Mazzeo	29/09/11

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C2251****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Met. Tassaroli	Ciclo Product	15957
Espesor [mm] Wall Thickness	11,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	48678
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5243301

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000      Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey      Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**