

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 1432





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	29/08/12
В	Transversal Externo Transverse OD	-	-	-	-	1	-	ı	-	-		-	trefila trefila	29/08/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	trefila trefila	29/08/12
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	trefila trefila	29/08/12
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,20	-	-	-	-	-	•	-	-		1,20	trefila trefila	29/08/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-		1,20	trefila trefila	29/08/12
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	trefila trefila	29/08/12
Н	Transversal Externo Transverse OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	29/08/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 29/08/2012 02:47:07 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 1432

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	99,7	Cliente Client	IND ROJAS	Ciclo Product	40013					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,5	Tratamiento Termico	BKS	Colada _{Heat}	24040					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO