


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2C0445**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	64749
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	DEMO	Colada Heat	58917
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	40,00	0,987	0,993	0,86	Pablo Mazzeo	28/06/10
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	39,00	1,046	1,051	0,86	Pablo Mazzeo	28/06/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	40,00	1,032	1,041	0,86	Pablo Mazzeo	28/06/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	41,00	0,985	0,991	0,86	Pablo Mazzeo	28/06/10
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	40,20	0,413	0,437	0,85	N/A N/A	28/06/10

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

28/06/2010  
05:43:58 p.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006