

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c618





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	08/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,984	0,728	0,856	50,00	50,00	0,830	0,849	0,97	Sebastian Monteros	08/11/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,969	1,455	1,712	50,00	50,00	1,400	1,380	0,95	Sebastian Monteros	08/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,984	0,728	0,856	50,00	47,00	0,734	1,000	0,97	Sebastian Monteros	08/11/04
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	08/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO