


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2373**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	HALLIBURT ONA	Ciclo Product	16704
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	21684
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5521801



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,97	10	±15	1,096	0,810	0,953	48,00	48,00	0,984	1,011	0,97	Pablo Mazzeo	07/04/12
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,80	45,00	0,514	0,529	0,93	Pablo Mazzeo	07/04/12
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	1,096	0,810	0,953	50,80	45,00	0,977	0,982	0,96	Pablo Mazzeo	07/04/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,80	40,20	0,521	0,530	0,92	Pablo Mazzeo	07/04/12
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,80	35,00	0,498	0,517	0,92	Pablo Mazzeo	07/04/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	24/06/13
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	24/06/13

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

24/06/2013  
07:35:41 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C2373****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	HALLIBURT ONA	Ciclo Product	16704
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	21684
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5521801

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**