


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0647**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	17445
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28086
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5529701



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,365	0,270	0,318	25,40	25,00	0,348	0,357	0,25	Daniel Carcacha	05/08/13
B	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,365	0,270	0,318	25,40	21,00	0,341	0,355	0,50	Daniel Carcacha	05/08/13
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,365	0,270	0,318	25,40	25,00	0,344	0,352	0,25	Daniel Carcacha	05/08/13
D	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,365	0,270	0,318	25,40	24,40	0,341	0,349	0,50	Agustin Torres	06/08/13
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,365	0,270	0,318	25,40	24,30	0,335	0,352	0,25	Agustin Torres	06/08/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,365	0,270	0,318	25,40	21,50	0,306	0,299	0,50	Agustin Torres	06/08/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,365	0,270	0,318	25,40	25,00	0,333	0,349	0,25	Daniel Carcacha	05/08/13
H	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,365	0,270	0,318	25,40	25,00	0,329	0,346	0,50	Daniel Carcacha	05/08/13

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0647****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	17445
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28086
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5529701

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**