


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2786**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	22397
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	42442
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5244301



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,80	0,307	0,317	0,99	Carlos Aguilar	27/07/17
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	14	±15	0,466	0,344	0,405	25,40	25,10	0,401	0,379	0,84	Agustin Torres	29/07/17
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,40	0,339	0,322	0,82	Carlos Aguilar	27/07/17
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,30	0,340	0,343	0,81	Carlos Aguilar	27/07/17
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	15,00	0,307	0,304	0,83	Carlos Aguilar	29/07/17
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,80	0,319	0,312	1,00	Carlos Aguilar	27/07/17

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2786**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	22397
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	42442
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5244301

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A**

**Calibre Pie de Rey     Codigo:**

**Notas:**

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

**Notes:**

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES