

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C3033





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,391	0,289	0,340	50,80	50,30	0,362	0,371	0,83	Default Default	29/01/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,391	0,289	0,340	25,40	25,40	0,389	0,391	0,83	Default Default	29/01/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,391	0,289	0,340	25,40	25,40	0,354	0,358	0,82	Default Default	29/01/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2