

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0913





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	+15-5	1,610	1,330	1,400	50,80	50,00	1,377	1,388	0,90	Carlos Aguilar	10/12/20
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	+15-5	1,610	1,330	1,400	50,80	41,00	1,470	1,448	0,89	Carlos Aguilar	10/12/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+15-5	1,610	1,330	1,400	50,80	50,00	1,422	1,447	0,90	Agustin Torres	11/12/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+15-5	1,610	1,330	1,400	50,80	45,50	1,435	1,440	0,90	Agustin Torres	11/12/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+15-5	1,610	1,330	1,400	50,80	50,00	1,398	1,420	0,90	Agustin Torres	11/12/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+15-5	1,610	1,330	1,400	50,80	45,50	1,425	1,448	0,90	Agustin Torres	11/12/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+15-5	1,610	1,330	1,400	50,80	50,00	1,400	1,423	0,90	Agustin Torres	11/12/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+15-5	1,610	1,330	1,400	50,80	45,50	1,425	1,440	0,90	Agustin Torres	11/12/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 11/12/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0913

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	ACOVISA INDUSTR	Ciclo Product	14988					
Espesor [mm] Wall Thickness	28	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	64159					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES