


Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0389**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	115	Cliente Client	Bertotto	Ciclo Product	33385
Espesor [mm] Wall Thickness	7,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	69344
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,431	0,319	0,375	25,00	24,30	0,339	0,364	0,44	Daniel Carcacha	10/05/10
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	+15-0	0,431	0,375	0,375	25,00	23,90	0,364	0,367	0,45	Daniel Carcacha	10/05/10
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	+15-0	0,431	0,375	0,375	25,00	24,50	0,368	0,359	0,44	Daniel Carcacha	10/05/10
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	24,30	0,365	0,373	0,44	Daniel Carcacha	10/05/10

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey   Codigo:

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha  
Date

10/05/2010  
08:41:09 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006