


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2022

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	80,5	Cliente Client	SALFA COMERCIAL	Ciclo Product	21328
Espesor [mm] Wall Thickness	12,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	39920
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5447102



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,95	10	±15	1,409	1,041	1,225	45,40	45,40	1,260	1,273	0,95	Dante Antunez	05/07/10
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,704	0,521	0,613	50,00	46,80	0,676	0,681	0,92	Dante Antunez	05/07/10
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,704	0,521	0,613	50,00	43,70	0,683	0,669	0,93	Dante Antunez	05/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,409	1,041	1,225	50,00	30,00	1,345	1,345	0,95	Dante Antunez	05/07/10
E	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	20/09/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2022****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	80,5	Cliente Client	SALFA COMERCIAL	Ciclo Product	21328
Espesor [mm] Wall Thickness	12,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	39920
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5447102

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES