


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1T0204**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	YPF SOCIEDAD	Ciclo Product	88956
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,301	0,292	0,83	Agustin Torres	12/05/16
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	35,40	0,341	0,337	0,83	Agustin Torres	12/05/16
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	49,00	0,344	0,336	0,92	Agustin Torres	12/05/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	42,00	0,338	0,316	0,83	Agustin Torres	12/05/16
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	45,00	0,490	0,523	0,83	Agustin Torres	06/05/16
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	50,00	0,557	0,548	0,83	Agustin Torres	06/05/16
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	36,00	0,632	0,631	0,97	Daniel Carcacha	12/05/16
H	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	48,00	0,630	0,632	0,97	Daniel Carcacha	12/05/16

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #

**1T0204****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	YPF SOCIEDAD	Ciclo Product	88956
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES