

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c826

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	50,8	Cliente Client	TAMSA (EXIM)	Ciclo Product	22348			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,93	Tratamiento Termico	NO	Colada Heat	62616			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/01199			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,912	0,674	0,793	50,00	50,00	0,904	0,907	0,98	Sebastian Monteros	08/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,730	0,539	0,634	50,00	50,00	0,701	0,615	0,97	Sebastian Monteros	08/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,730	0,539	0,634	50,00	37,00	0,691	0,639	0,97	Sebastian Monteros	08/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,912	0,674	0,793	50,00	28,00	0,899	0,874	0,98	Sebastian Monteros	08/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES