

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2868





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	50,00	0,507	0,498	0,82	Carlos Aguilar	26/09/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,322	0,342	0,81	Carlos Aguilar	26/09/18
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	33,10	0,331	0,328	0,81	Carlos Aguilar	26/09/18
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	23,10	0,411	0,413	0,81	Agustin Torres	26/09/18
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	50,00	0,320	0,317	0,99	Default Default	06/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	50,00	0,316	0,319	0,99	Default Default	06/12/19
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	50,00	0,318	0,320	0,99	Default Default	06/12/19
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	50,00	0,322	0,327	0,99	Default Default	06/12/19

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 06/12/2019 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 11:06:36 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2868

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SMLS STRATEGIC	Ciclo Product	88251				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	22122				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5588001				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES