


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1632

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	PRECITUBO	Ciclo Product	22976
Espesor [mm] Wall Thickness	4,19	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	20984
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,81	7	±15	0,345	0,255	0,300	48,30	48,30	0,255	0,260	0,81	Daniel Carcacha	28/11/07
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	0,482	0,356	0,419	50,80	47,60	0,476	0,470	0,60	Daniel Carcacha	26/11/07
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	47,60	0,342	0,336	0,60	Daniel Carcacha	26/11/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	20,00	0,304	0,329	0,82	Daniel Carcacha	26/11/07
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	18,20	0,290	0,340	0,80	Daniel Carcacha	28/11/07
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	13/05/10
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Default Default	16/01/12
H	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Default Default	16/01/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C1632****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	PRECITUBO	Ciclo Product	22976
Espesor [mm] Wall Thickness	4,19	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	20984
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**