

Tubo patrón número


Reference standard #

1C3251

Datos del Producto

Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 48,3 | Cliente Client | TUBERIA Y VALVU | Ciclo Product | 50182 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 10,2 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 64967 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5335501 |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 50,00 | 1,143 | 1,168 | 0,99 | Sebastian Monteros | 04/01/21 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 50,00 | 1,010 | 1,005 | 0,99 | Sebastian Monteros | 04/01/21 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 40,00 | 1,066 | 1,041 | 0,99 | Sebastian Monteros | 04/01/21 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 50,00 | 1,041 | 1,092 | 0,99 | Sebastian Monteros | 04/01/21 |
| E | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 50,00 | 1,092 | 1,041 | 0,99 | Sebastian Monteros | 04/01/21 |
| F | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 50,00 | 1,062 | 1,060 | 0,85 | Carlos Aguilar | 04/01/21 |
| G | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 16,00 | 1,134 | 1,150 | 0,85 | Carlos Aguilar | 04/01/21 |
| H | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 50,00 | 1,010 | 1,025 | 0,99 | Sebastian Monteros | 04/01/21 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C3251****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 48,3 | Cliente Client | TUBERIA Y VALVU | Ciclo Product | 50182 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 10,2 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 64967 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5335501 |

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| I | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 40,00 | 1,005 | 1,066 | 0,99 | Sebastian Monteros | 04/01/21 |
| J | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,173 | 0,867 | 1,020 | 50,00 | 50,00 | 1,150 | 1,092 | 0,99 | Sebastian Monteros | 04/01/21 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Comparador a cuchilla Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**