

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0629

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] APACHE 177,8 80922 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada NO 9,19 58093 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	48,00	0,471	0,488	0,91	Pablo Mazzeo	03/08/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	37,00	0,462	0,443	0,90	Pablo Mazzeo	03/08/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	48,70	0,518	0,525	0,94	Dante Antunez	02/08/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	41,00	0,523	0,525	0,92	Dante Antunez	02/08/13
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	41,00	1,047	1,053	0,93	Dante Antunez	02/08/13
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	48,00	0,996	1,052	0,94	Pablo Mazzeo	03/08/13
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	37,00	1,021	1,047	0,93	Pablo Mazzeo	03/08/13
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	48,60	1,036	1,051	0,94	Dante Antunez	02/08/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2C0629

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client	APACHE	Ciclo Product	80922			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,19	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	58093			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Vigencia