

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



CF081

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client		Ciclo Product	24470			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	31481			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5890.01			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,00	49,00	0,314	0,301	0,94	Sebastian Monteros	21/02/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,00	49,00	0,334	0,323	0,94	Sebastian Monteros	21/02/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,00	45,00	0,305	0,317	0,92	Sebastian Monteros	21/02/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,00	41,00	0,293	0,303	0,92	Sebastian Monteros	21/02/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2