

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u236

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	73428			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,04	Tratamiento Termico	Colada Heat	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	1,012	0,748	0,880	50,80	46,18	0,794	0,762	0,94	Sebastian Monteros	27/05/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,012	0,748	0,880	50,80	49,60	0,899	0,895	0,95	Sebastian Monteros	27/05/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	1,012	0,748	0,880	50,80	49,20	0,938	0,932	0,94	Sebastian Monteros	27/05/04
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,012	0,748	0,880	50,80	47,00	0,980	0,940	0,94	Sebastian Monteros	27/05/04
F	Chavetero Grove	10,00	50	±15	4,048	2,992	3,520	10,00	10,00	3,800	3,800	10,00	Sebastian Monteros	27/05/04
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,012	0,748	0,880	50,80	49,00	0,878	0,879	0,93	Sebastian Monteros	27/05/04
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	1,012	0,748	0,880	50,80	46,00	0,924	0,912	0,95	Sebastian Monteros	27/05/04
Ī	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	4,048	2,992	3,520	-	-	3,560	-	6,20	Sebastian Monteros	27/05/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 27/05/2004 08:07:30 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2u236

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	73428			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,04	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

2/2