


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2c147**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	10,97	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	38,10	38,00	0,543	0,540	0,99	Sebastian Monteros	01/09/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	38,10	37,90	0,539	0,510	0,99	Sebastian Monteros	01/09/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	38,10	37,40	0,599	0,586	0,99	Sebastian Monteros	01/09/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	38,10	37,70	0,610	0,590	0,99	Sebastian Monteros	01/09/04
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,577	1,166	1,371	38,10	37,90	1,370	1,380	0,99	Sebastian Monteros	01/09/04
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,577	1,166	1,371	38,10	38,00	0,654	0,645	0,99	Sebastian Monteros	01/09/04
G	Chavetero Grove	16,00	50	±15	6,308	4,662	5,485	30,00	30,00	5,000	0,490	16,00	Sebastian Monteros	05/12/06

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #

**2c147****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	10,97	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO